LEGIO.medizinfilter

Installation - Kartuschenwechsel - Reinigung

HANDBRAUSE: SERIE STANDARD



Schritt 1:
Vorhandene Handbrause entfernen und entsorgen.



Schritt 2:
LEGIO.medizinfilter Handbrause aus der Verpackung entnehmen.



Schritt 3:
Handbrause auf den Schlauchanschluss aufschrauben. Dichtung einlegen!



Schritt 4:
Handbrause in Halterung einstecken. Handbrause darf nach Benutzung nicht auf dem Boden liegen oder am Schlauch hängen.



Schritt 5:
Datumswechsel auf Aufkleber schreiben. Aufkleber auf Kartusche anbringen.



Alternativ: Nutzen Sie den LEGIO-Datumsaufkleber.
Datumsaufkleber mit Jahrestag markieren und auf Kartusche aufkleben. **Siehe Kartuschenwechselkalender**

Zum Beispiel: Tag 35 + 70 = **1 0 5**



Hinweis zur Reinigung:
Eine Reinigung des Filtergehäuses darf ausschließlich mit auf Alkohol oder Peroxid basierendem Flächendesinfektionsmitteln durchgeführt werden. Bitte nur den Filterboden wischen, nicht seitlich.



Kartuschenwechsel:
Kartusche mit Werkzeug entriegeln. Kartusche abziehen und in Beutel verpacken. Achtung: Miniventil (5mm Gummiteil) ggf. entfernen.

Reines Wasser, sonst nichts

LEGIO .COM

WASCHTISCH/TRINKWASSER: SERIE STANDARD



Schritt 1:
Luftsprudler entfernen.



Schritt 2:
LEGIO.medizinfilter der Verpackung entnehmen.



Schritt 3:
Durchflussreduzierer montieren.
4 l/min Standard
6 l/min oder 8 l/min möglich.
Ohne Durchflussreduzierer muss Sicherungsklammer (nicht abgebildet) verwendet werden.



Schritt 4:
Ggf. Übergangsadapter* (nicht abgebildet) in Anschlusswinkel einschrauben.
Anschlusswinkel mit Übergangsadapter anschrauben.
*Zubehör



Schritt 5:
Kartusche auf montierten Anschlussadapter aufstecken. Festen Sitz prüfen.



Schritt 6:
Zur Entlüftung betätigen bis Wasserstrahl gleichmäßig fließt.



Schritt 7:
Datumswechsel auf Aufkleber schreiben.
Aufkleber auf Kartusche anbringen.



Alternativ: Nutzen Sie den LEGIO-Datumsaufkleber.
Datumsaufkleber mit Jahrestag markieren und auf Kartusche aufkleben. **Siehe Kartuschenwechselkalender**

Zum Beispiel: Tag 35 + 70 = **1 0 5**



Hinweis zur Reinigung:
Eine Reinigung des Filtergehäuses darf ausschließlich mit auf Alkohol oder Peroxid basierendem Flächendesinfektionsmitteln durchgeführt werden. Bitte nur den Filterboden wischen, nicht seitlich.



Kartuschenwechsel:
Kartusche mit Werkzeug entriegeln.
Kartusche abziehen und in Beutel verpacken.
Achtung: Miniventil (5mm Gummiteil) ggf. entfernen.

CE / CE 0344

LEGIO.com
Vertrieb durch LEGIO.tools GmbH
Schlattgrabenstr. 10 • DE-72141 Walddorfhaeslach • Deutschland
T +49 (0) 7127 1806-0 • F +49 (0) 7127 1806-222
E info@legio.com • www.legio.com

BVBG PARTNERSHIP FORUM
Member of / Mitglied bei figawa DVGW
Qualitäts-Management-System ISOZERT ISO 13485